

Akkreditierungsumfang der Inspektions- (Überwachungs-)stelle
MicroMed Mittermayer Dienstleistung und Beratung GmbH / (Kurzbez: MicroMed)

- 1 Seite Fachgebietsliste Inspektions- (Überwachungs-)stelle
- 2 Seiten Akkreditierungsumfang Inspektions- (Überwachungs-)stelle

**Fachgebietsliste der Inspektions- (Überwachungs-)stelle
MicroMed Mittermayer Dienstleistung und Beratung GmbH / (Kurzbez: MicroMed)**

PSID = 290

Aktualisierung 01.02.2010

L.Nr	FachgebietsNr nach ICS-Klassifikation	Titel der ICS-Klassifikation	Geltungsbeginn
1	11.080.01	Sterilisation und Desinfektion im Allgemeinen	11.11.08
2	11.080.10	Sterilisiergeräte. Desinfektionsgeräte	11.11.08
3	91.140.30	Belüftungsanlagen. Klimaanlage	11.11.08
4	97.040.40	Geschirrspülmaschinen	11.11.08

Akkreditierungsumfang der Inspektions- (Überwachungs-)stelle MicroMed Mittermayer Dienstleistung und Beratung GmbH / (Kurzbez: MicroMed)

10 Inspektions- (Überwachungs-)verfahren

PSID = 290

Aktualisierung 01.02.2010

Nr.	ICS-Nummer	Dokumentnummer der Norm bzw. SOP	Ausgabe datum	Titel der Norm bzw. SOP	Einschränkungen	Prüf- methode	Geltungs- beginn
1	11.080.10	OENORM EN 13060	01.11.2009	Dampf-Klein-Sterilisatoren	keine		11.11.08
2	91.140.30	OENORM H 6020	01.02.2007	Lüftungstechnische Anlagen für medizinisch genutzte Räume - Projektierung, Errichtung, Betrieb, Instandhaltung, technische und hygienische Kontrollen	Eingeschränkt auf Abschnitt 9: Technische und hygienische Kontrollen		11.11.08
3	91.140.30	OENORM H 6021	01.09.2003	Lüftungstechnische Anlagen - Reinhaltung und Reinigung	keine		11.11.08
4	91.140.30	OENORM H 6030	01.09.2006	Lüftungstechnische Anlagen für Küchen - Anforderungen, Auslegungskriterien, Betrieb	keine		11.11.08
5	11.080.01	ONR 112069-1	01.07.2009	Leitlinie für die Validierung und Routineüberwachung von Dampfsterilisationsprozessen für Medizinprodukte in/für Einrichtungen des Gesundheitswesens - Teil 1: Allgemeines	nicht für Großsterilisatoren gemäß EN 285		11.11.08
6	97.040.40	SOP 001	01.07.2008	Prüfung der Reinigungs- und Desinfektionsleistung von Geschirrspülanlagen	keine		11.11.08
7	11.080.10	SOP 002	01.05.2008	Leitlinie der ÖGSV für die Validierung von RD-Verfahren	keine		11.11.08
8	11.080.01	SOP 003	01.05.2008	Prüfung und Überwachung von chemothermischen RD-Verfahren für flexible Endoskope	keine		11.11.08
9	11.080.10	SOP 004	01.05.2008	Prüfung und Überwachung von maschinellen RD-Verfahren für Behälter für menschliche Ausscheidungen	keine		11.11.08

Akkreditierungsumfang der Inspektions- (Überwachungs-)stelle MicroMed

10 Inspektions- (Überwachungs-)verfahren

PSID = 290

Aktualisierung 01.02.2010

Nr.	ICS-Nummer	Dokumentnummer der Norm bzw. SOP	Ausgabe datum	Titel der Norm bzw. SOP	Einschränkungen	Prüf- methode	Geltungs- beginn
10	97.040.40	SOP 005	01.07.2008	Prüfung der Reinigungs- und Desinfektionsleistung von Einkammergeschirrspülanlagen	keine		11.11.08